



Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/18
Nowy Targ 02.07.2018 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.06.2018 r. pod numerem 2018/S 119-271845 na: **zakup i dostawę sprzętu w celu wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji medycznej w ramach projektu „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”**

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet 10 - TRENAŻER – BADANIE GRUCZOŁU PIERSIOWEGO – 2 szt.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania dla trenażera do badania gruczołu piersiowego deklaracji zgodności CE lub certyfikatu CE potwierdzającego oznakowanie CE. Producent, oferowanego fantomu jednoznacznie stwierdza, iż fantom będący przedmiotem przetargu nie posiada deklaracji zgodności CE. Nie jest zatem możliwe spełnienie wymogu postawionego przez Zamawiającego.

Ponadto pragniemy zauważyć, iż prawo jednoznacznie określa, które wyroby muszą być oznaczone znakiem CE (np.: maszyny, sprzęt elektryczny, zabawki, urządzenia ciśnieniowe i gazowe, sprzęt ochrony indywidualnej). CE umieszcza się na przykład na sprzęcie RTV i AGD, zabawkach, wyrobach medycznych, telefonach komórkowych, kosiarkach do trawy i wiertarkach, komputerach, kaskach rowerowych oraz okularach przeciwsłonecznych itp. Używanie znaku CE w oznaczeniu produktów, które nie są objęte żadną dyrektywą jest zabronione (brak na oznakowania CE na żywności, ubraniach, meblach...). Żadna z dyrektyw nie odnosi się do modeli anatomicznych stąd prośba o rezygnację z w/w wymogu. Podkreślamy, że używanie znaku CE w oznaczeniu produktów, które nie są objęte żadną dyrektywą jest zabronione. Wyrób nie może być oznakowany symbolem CE, jeśli nie jest objęty żadną dyrektywą, która wymaga jego umieszczenia, a przedmiotowe modele nie podlegają żadnej dyrektywie unijnej i w związku z powyższym wymóg dołączenia deklaracji zgodności CE jest prawnie nieuzasadniony. W tym stanie rzeczy prosimy o możliwość dołączenia do oferty oświadczenia producenta modeli dotyczącego ich pełnego bezpieczeństwa zarówno dla zdrowia jak i życia użytkowników (oświadczenie powszechnie stosowane w praktyce od wielu lat).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dołączenia oświadczenia producenta dotyczącego bezpieczeństwa urządzenia, w miejsce/zamiast deklaracji zgodności CE lub certyfikatu CE potwierdzającego oznakowanie CE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i zgodnie z rozdz. III, pkt 8 SIWZ wymaga, aby dostarczany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1645 z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części (pakiecie) zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).



Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dokonania instruktażu technicznego podczas instalacji – trenażera do badania gruczołu piersiowego. Zamawiający otrzymuje wraz z dostawą szczegółową instrukcję obsługi dla modelu. Instrukcja jest bardzo czytelna, zawierają wyczerpujący opis wszystkich niezbędnych czynności. Dodatkowo, w celu maksymalnego ułatwienia obsługi fantomu, opisywane kroki postępowań opatrzone są zdjęciami. Zatem wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą fantomu w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z tak szczegółową instrukcją obsługi. Poza tym fantom ten nie wymaga przeprowadzenia uruchomienia. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby, gdyż wymogi te przyczyniają się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga przeprowadzenia instruktażu technicznego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu, zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.