



Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/18
Nowy Targ 10.07.2018 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.06.2018 r. pod numerem 2018/S 119-271845 na: **zakup i dostawę sprzętu w celu wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji medycznej w ramach projektu „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”**

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pozycja 15 – defibrylator automatyczny treningowy – 2 szt. (zadanie 7, pozycja 41)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez defibrylator treningowy deklaracji zgodności lub certyfikatu CE lub dokumentu potwierdzającego rejestrację w Rejestrze Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r - O wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211), umożliwi to złożenie większej ilości oferentów i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i zgodnie z rozdz. III, pkt 8 SIWZ wymaga, aby dostarczany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, bez wad i uszkodzeń. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1645 z późn. zm.) do każdej pozycji w danej części (pakiecie) zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada).

Pytanie nr 2

Pytanie 1 dotyczące Załącznika 2.2 do SIWZ pozycja nr 3- Model pielęgnacji ran odleżynowych

Czy Zamawiający dopuści do postępowania model do pielęgnacji ran odleżyn odwzorowujący część ud osoby dorosłej? Opisany model posiada odwzorowaną tylko część ud.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający, zgodnie z opisem zawartym w pkt 4, pozycja nr 3, załącznik nr 2.2 do SIWZ, wymaga dostawy modelu odwzorowującego cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawne odwzorowanie budowy odcinka krzyżowego kręgosłupa, pośladków, miednicy i ud osoby dorosłej (odwzorowanie uda do min. ½ części uda osoby dorosłej)

Pytanie nr 3

Dot. Załącznika 2.3 do SIWZ pozycja nr 3 - Fantom wcześniaka (1 szt.)

Dot. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom wcześniaka o wadze ok. 1000 g, całkowicie elastyczny, bez napięcia mięśniowego z możliwością intubacji tylko przez usta, z anatomicznie poprawną budową anatomiczną bez wskazania wyszczególnionych elementów oraz bez możliwości unoszenia brzucha podczas nieprawidłowej intubacji oraz możliwości wykonywania uciśnięć? Według naszej wiedzy opisany fantom wcześniaka nie posiada cech wymaganych przez Zamawiającego.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fantom wcześniaka o wadze max. 1000 g, całkowicie elastyczny, bez napięcia mięśniowego z możliwością intubacji tylko przez usta, bez możliwości unoszenia brzucha podczas nieprawidłowej intubacji oraz bez możliwości wykonywania uciśnień.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.