



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Numer referencyjny: ZP.383.2.2019

Nowy Targ; 15.02.2019 r.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego, na: **Kompleksową dostawę sprzętu jednorazowego, stanowiącego materiał zużywalny, niezbędny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej w CSM. Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w ramach projektu „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej..**

Zamawiający informuje, że w dniu 15.02.2019 r., Wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i odpowiedź na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1

Lp. 27: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w rozmiarze 2.0 bez mankietu? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną w rozmiarze 2.0 bez mankietu.

PYTANIE 2

Lp. 42: Rurki typu Cobra 4,0 zostały wycofane z rynku, czy w ramach produktu równoważnego Zamawiający dopuści rurki krtaniowe VBM?

Ze względu na wycofanie przedmiotowych rurek typu Cobra z rynku, Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 42 szczegółowej specyfikacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) tj. dostawy wyżej wymienionych rurek typu Cobra.

Odpowiedź na pytania stanowi integralną część Zapytania ofertowego.

Załącznikiem do odpowiedzi jest zmieniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) oraz Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

ZASTĘPCA KANCELERZA

mgr Andrzej Sasula

M/2019/16